 <p>T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI</p>	<p style="text-align: center;">ORDU İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p style="text-align: center;">KALİBRASYON PROSEDÜRÜ</p>	Doküman Kodu	GTHB_52_İLM_PRD.06
		Revizyon No	001
		Revizyon Tarihi	22.05.2018
		Yürürlük Tarihi	01.03.2018
		Sayfa No	1/2

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı İl Müdürlüğümüzde (Şube ve İlçe Müdürlükleri dahil) izleme ve ölçme için kullanılan tüm cihazların, alet ve ekipmanların kalibrasyon işlemleri için gerçekleştirilecek faaliyetlerin belirlenmesidir.

2. KAPSAM

Bu prosedür, Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm izleme ve ölçme cihazlarını kapsar.

3. TANIMLAR

Kalibrasyon: Belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir.

4. SORUMLULUKLAR

İdari Mali İşler Şube Müdürü: Kalibrasyonların yapılması için gerekli kaynağı sağlamaktan sorumludur.

Kalibrasyon Sorumlusu: Kalibrasyon sorumlusu ilgili Şube ve İlçe Müdürlüklerinde görev yapan Kalite Yönetim Ekibi üyeleri kalibrasyon işlemlerinin takip edilmesinden ve kayıtlarını tutmaktan sorumludurlar.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Kalibrasyon Takip Formu GTHB.İKS./KYS.FRM.60

6. UYGULAMA

6.1 Kalibrasyona Tabi Cihazlar

Kurumumuzda kalibrasyona tabi cihazların listesi ve özellikleri Kalibrasyon Takip Formunda (GTHB_52_İLM_İKS/KYS.FRM.60) verilmiştir.

6.2 Kalibrasyon

Kurumumuzda kalibrasyon yapılacak cihazlar kalibrasyon tarihi gelmeden önce ilgili birimlerde görev yapan Kalite Yönetim Ekibi üyesi tarafından ilgili kalibrasyon laboratuvarlarına kalibrasyonlarının yapılması için İdari Mali İşler Şube Müdürlüğüne bildirir.


6.3. Kalibrasyon Planlaması

Kalibrasyona tabi cihazların kalibrasyon aralıkları kullanım sıklığı dikkate alınarak belirlenir. Kalibrasyon tarihleri ve bir sonraki kalibrasyon tarihi, kalibrasyonu yapan kurum ve rapor numarası, “Kalibrasyon Takip Formunda” gösterilir.

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi

*Bu belge EBYS sistemi üzerinden onaylanarak yürürlüğe girmektedir. Islak imzalı olarak onaylanmamaktadır.

**Bu belgenin güncelliği ordu.tarim.gov.tr sayfasındaki KYS-İKS belgelerinden takip edilecektir.

 <p>T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI</p>	<p style="text-align: center;">ORDU İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</p> <p style="text-align: center;">KALİBRASYON PROSEDÜRÜ</p>	Doküman Kodu	GTHB_52_İLM_PRD.06
		Revizyon No	001
		Revizyon Tarihi	22.05.2018
		Yürürlük Tarihi	01.03.2018
		Sayfa No	2/2

6.4 Cihazların Hasar Görmesi, Kalibrasyon Periyodu Belirlenmesi

Kalibrasyona tabii ölçüm cihazlarının hasar görmesi veya uygunsuzluk göstermesi durumunda ilgili birimin Kalite Yönetim Ekibi tarafından ilgili kurumlarla görüşülerek çözümlenir. Kalibrasyon periyodu, cihazların kullanım sıklığı ve bir önceki kalibrasyon ölçüm sonuçları dikkate alınarak belirlenir.

Birimlerimizde ölçüm ve analiz amaçlı kullanımda olan cihazların kalibrasyon sıklığı aşağıdaki gibidir;

- Termometre Yıllık Kalibrasyon
- Yağ Ölçüm Cihazı İki Yılda Bir Kalibrasyon
- Isı Takip Cihazı Yıllık Kalibrasyon
- Cetvel İki Yılda Bir Kalibrasyon
- Ağırlık İki Yılda Bir Kalibrasyon
- Terazı İki Yılda Bir Kalibrasyon
- Kumpas Üç Yılda Bir Kalibrasyon

6.5 Kalibrasyon Kayıtları

Kalibrasyona tabi tutulan ölçüm cihazlarının kalibrasyon sonucuna ilişkin sertifikalar kalibrasyon firması tarafından düzenlenir. Ölçümleri yapan kuruluş, tarih ve sertifika bilgileri Kalibrasyon Takip Formun işlenir. Kalibrasyon ölçümleri yapılan cihazlar kullanıcı personele teslim edilirken cihaz ile birlikte kalibrasyon sertifikasının bir örneği de personele teslim edilir. Kalibrasyona ilişkin tüm kayıtlar ilgili birimin Kalite Ekibi Görevlisi tarafından muhafaza edilir.

6.6 Kalibrasyonun Geçersiz Kılınması

Muayene ve deney teçhizatının kalibrasyonunun sağlanamadığı durumlarda cihazın kullanılmaması sağlanır. Kalibrasyona tabi cihazlar ölçüm yapılacak ortamlarda kullanılmaktadır.

6.7 Cihazların Taşınması

Kalibrasyona tabi cihazlar, kalibrasyonu yapacak ilgili laboratuvarın tarif ettiği şekilde taşınır.

Hazırlayan Kalite Yönetim Ekibi	Kontrol Eden Kalite Yönetim Sorumlusu	Onaylayan Kalite Yönetim Temsilcisi

*Bu belge EBYS sistemi üzerinden onaylanarak yürürlüğe girmektedir. Islak imzalı olarak onaylanmamaktadır.

**Bu belgenin güncelliği ordu.tarim.gov.tr sayfasındaki KYS-İKS belgelerinden takip edilecektir.